仕　　様　　書

この仕様書は、乳房Ｘ線撮影装置　（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1　品名及び数量

乳房Ｘ線撮影装置　　1　式

2　規格その他

次のものとし、納入機器の搬入、調整、据付及び既存ﾈｯﾄﾜｰｸとの接続並びに既存機器の撤去を含む。

品　　名			規　格	メーカー	数　量	備　考
乳房Ｘ線撮影装置			セノグラフEssential	ＧＥヘルスケア・ジャパン	1式	
内訳	セノグラフEssential			ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	構成内訳	電動ｱｲｿｾﾝﾄﾘｯｸｶﾞﾝﾄﾘ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		Ｘ線管(MO/RH二重陽極)		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		X線ｺﾘﾒｰﾀ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		高電圧発生ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		操作ｺﾝｿｰﾙ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨﾃｸﾀ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		25×31CMﾌﾞｯｷｰ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		ﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		25×31CM圧迫板		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ19×23CM圧迫板		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		角型ｽﾎﾟｯﾄ圧迫板		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		丸型ｽﾎﾟｯﾄ圧迫板		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		拡大用7×7cm角型ｽﾎﾟｯﾄ圧迫板		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		拡大用丸型ｽﾎﾟｯﾄ圧迫板		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		1.5倍拡大撮影台		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		1.8倍拡大撮影台		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		19×23cm拡大撮影用圧迫板		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		フットスイッチ（圧迫、上下動）		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		CD-Rｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ（書き込み含む）		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		内臓ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ250G		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		UPS		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		取扱説明書		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
		品質管理説明書		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ﾊﾞｲｵﾌﾟｼ専用いす			ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	3　MP　21ｲﾝﾁﾓﾆﾀ			ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	12G用ﾒﾀﾙﾆｰﾄﾞﾙﾌﾞｯｼｭ			ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	

	Plastic Bushings 1.2mm		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ﾘﾓｰﾄｺﾝｿｰﾙﾊﾝﾄﾞｽｲｯﾁ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	2	
	ﾒﾀﾙﾌﾞｯｼｭ(14G)		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	Plastic Bushings 1.8mm		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	DXRｵﾝｻｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ｾﾉｸﾞﾗﾌ用ﾊﾟﾜｰｹｰﾌﾞﾙ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	Plastic Bushings 2.25mm		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ｲﾝﾀｰﾛｯｸｷｯﾄ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	PMMAﾌｧﾝﾄﾑｾｯﾄ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	CentreCOM GS908L V2ｽｲｯﾁ ﾚｲﾔｰ2ｽｲｯﾁ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	Plastic Bushings 0.9mm		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ﾒﾀﾙﾌﾞｯｼｭ(11G)		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	保管箱　156ﾌｧﾝﾄﾑ用		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	Essential用ｽﾃﾚｵﾃｯｸｽｾｯﾄ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ﾒﾀﾙﾌﾞｯｼｭ(8G)		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ﾏﾝﾓｽﾃｯﾌﾟﾌｧﾝﾄﾑ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	LANｹｰﾌﾞﾙ　ｶﾃｺﾞﾘ5e 10m 青		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	Plastic Bushings 1.4mm		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	Plastic Bushings 1.0mm		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	Radiation Screen		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	RM1156ﾌｧﾝﾄﾑ		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	SenoBright　demo		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞﾈｯﾄﾜｰｸ接続		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	Server接続		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ADVANTAGE NW RIS 接続		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	
	ｲﾒｰｼﾞｬ接続		ＧＥヘルスケア・ジャパン	1	

3　一般的条項

①　受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故等が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡を行い協議すること。

②　機器を当局に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。

③　受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。

ア　機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書

イ　機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

4　納入期限

平成２７年５月２９日（金）まで

5　納入場所

広島市立広島市民病院　中央棟１階　放射線科　（担当：岡田）

（中区基町７番３３号）（電話（221-2291（代表））

6　検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

7　保証期間

本機器検査受領後１か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

8　その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。